

Lampiran 1. Surat Persetujuan Komisi Etik



KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA

Jl. Tatabumi No. 3, Banyuraden, Gamping, Sleman, D.I. Yogyakarta Telp./Fax. (0274) 617601
Website : www.komisi-etik.poltekkesjogja.ac.id Email : komisietik.poltekkesjogja@gmail.com



PEMBEBASAN PERSETUJUAN ETIK (EXEMPTED) No. LB.01.01/KE-01/XLV/901/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Komisi Etik Penelitian Kesehatan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, setelah dilaksanakan pembahasan dan penilaian, dengan ini memutuskan protokol penelitian yang berjudul :

"Pengaruh Penundaan Pemeriksaan terhadap Kadar Darah Dalam Urine"

dengan Ketua Pelaksana/Peneliti Utama: **Bagas Setya Nugroho**

dapat dibebaskan dari keharusan memperoleh persetujuan etik (*Exempted*) untuk pelaksanaan penelitian tersebut. Pembebasan ini berlaku sejak dimulai dilaksanakannya penelitian tersebut di atas sampai dengan selesai sesuai yang tercantum dalam protokol.

Walapun demikian kami mengingatkan bahwa dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti tetap diminta untuk menjaga objek dalam penelitian ini. Dengan demikian diharapkan masyarakat luas dapat memperoleh manfaat yang baik dari penelitian ini.

Pada akhir penelitian, laporan pelaksanaan penelitian harus diserahkan kepada KEPK-Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Jika ada perubahan protokol dan atau perpanjangan penelitian, harus mengajukan kembali permohonan kajian etik penelitian (amandemen protokol).

Yogyakarta, 26 Desember 2018

Ketua,
Komisi Etik Penelitian Kesehatan
Poltekkes Kemenkes Yogyakarta,



Margono, S.Pd, APP., M.Sc
NIP. 196502111986021002

Lampiran 2. Surat Ijin Penelitian



YAYASAN PANTI RAPIH RUMAH SAKIT PANTI RAPIH

Jalan Cik Ditiro 30 Yogyakarta 55223

Telepon : 0274 - 514014, 514845, 563333 (hunting system) Fax : 0274 - 564583
0274 - 552118 Instalasi Gawat Darurat
0274 - 514004, 514006 Informasi / Pendaftaran
E-mail : admin@pantirapih.or.id http://www.pantirapih.or.id

Nomor : L 0149 - /RSPRE/II 2018
Hal : Jawaban Permohonan Ijin Penelitian

3 Januari 2019

Kepada Yth.
Ketua Jurusan Analis Kesehatan
Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta

Dengan hormat,

Menanggapi surat surat Bapak/Ibu Nomor : LB.02.01/4.1/931/2018 tertanggal 7 Desember 2018 tentang Permohonan Ijin Penelitian di RS Panti Rapih Yogyakarta, atas nama:

No	Nama Mahasiswa	NIM	Judul
1	Yusep Iswanto	P07134215039	
2	Yuli Rismawanto	P07134215038	Pengaruh Penundaan Pemeriksaan Sampel
3	Fahri Romadan	P07134215015	Urine Terhadap Kadar Protein, Badan Keton,
4	Bagas Setya Nugroho	P07134215007	Glukosa, Darah, dan Leukosit Esterase pada
5	Ahmad Mursalin	P07134215002	Suhu Ruang

bersama ini kami sampaikan bahwa Rumah Sakit Panti Rapih mengizinkan permohonan Penelitian tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Data hanya untuk kepentingan karya ilmiah.
2. Pengambilan data Penelitian dilakukan dengan pendampingan penyedia data.
3. Penelitian dilakukan diluar ruang lingkup data keuangan RS Panti Rapih.
4. Membayar biaya Penelitian sebesar Rp 350.000/mahasiswa
5. Menyerahkan pas foto ukuran 3 x 4 = 2 lembar.
6. Wajib menyerahkan "naskah publikasi" dari hasil Penelitian kepada RS. Panti Rapih.
7. Ijin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang izin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.
8. Rumah Sakit Panti Rapih tidak bertanggung jawab atas penyimpangan dalam penulisan karya tulis ini, yang dilakukan oleh yang bersangkutan.
9. Penelitian dapat dilaksanakan setelah yang bersangkutan melakukan koordinasi dengan Bidang Pengelola Pelayan Kesehatan RS Panti Rapih.

Demikian surat izin Penelitian ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Direktur Relayan Kesehatan dan Infrastruktur



Ir. Valentina Dwi Yuli Siswanti, M.Kes

Tembusan



- Kepala Bidang Pengelola Pelayan Kesehatan
- Kepala Instalasi Patologi Klinis dan Patologi Anatomi

Lampiran 3. Hasil QC



1. Bulan Januari 2019



2. Bulan Februari 2019



3. Bulan Maret 2019



Lampiran 4. Hasil Penelitian

Sampel Nomor 1

MEAS No. 0034 2019-02-07 07:23 10EA 28°C COM: W004 GLU 1+ 70 mg/dl PRO +- 20 mg/dl BIL - mg/dl URO NORMAL mg/dl PH 5.5 S.G. >1.030 BLD 2+ 0.5 mg/dl KET - mg/dl NIT - LEU 75Leu/ul COLOR COLORLESS	MEAS No. 0163 2019-02-07 08:37 10EA 28°C COM: W004 GLU 1+ 70 mg/dl PRO +- 20 mg/dl BIL - mg/dl URO NORMAL mg/dl PH 5.5 S.G. >1.030 BLD 2+ 0.5 mg/dl KET - mg/dl NIT - LEU 75Leu/ul COLOR LIGHT YELLOW	MEAS No. 0164 2019-02-07 09:27 10EA 28°C COM: W004 GLU 1+ 70 mg/dl PRO +- 20 mg/dl BIL - mg/dl URO NORMAL mg/dl PH 5.5 S.G. >1.030 BLD 2+ 0.2 mg/dl KET - mg/dl NIT - LEU 75Leu/ul COLOR LIGHT YELLOW	MEAS No. 0165 2019-02-07 10:25 10EA 28°C COM: W004 GLU 1+ 70 mg/dl PRO +- 20 mg/dl BIL - mg/dl URO NORMAL mg/dl PH 5.5 S.G. >1.030 BLD 2+ 0.2 mg/dl KET - mg/dl NIT - LEU Leu/ul COLOR LIGHT YELLOW	MEAS No. 0166 2019-02-07 11:26 10EA 28°C COM: W004 GLU 1+ 70 mg/dl PRO +- 20 mg/dl BIL - mg/dl URO NORMAL mg/dl PH 5.5 S.G. >1.030 BLD 2+ 0.2 mg/dl KET - mg/dl NIT - LEU 75Leu/ul COLOR COLORLESS
---	--	--	--	---

Sampel nomor 2

MEAS No. 0257 2019-01-17 11:34 10EA 27°C COM: W004 GLU - mg/dl PRO +- 20 mg/dl BIL - mg/dl URO NORMAL mg/dl PH 6.0 S.G. >1.030 BLD 1+ 0.06 mg/dl KET 2+ 40 mg/dl NIT - LEU Leu/ul COLOR YELLOW	MEAS No. 0242 2019-01-17 12:40 10EA 27°C COM: W004 GLU - mg/dl PRO +- 20 mg/dl BIL - mg/dl URO 1+ 2 mg/dl PH 6.0 S.G. >1.030 BLD 2+ 0.03 mg/dl KET 2+ 40 mg/dl NIT - LEU Leu/ul COLOR YELLOW	MEAS No. 0273 2019-01-17 13:35 10EA 27°C COM: W004 GLU - mg/dl PRO +- 20 mg/dl BIL - mg/dl URO NORMAL mg/dl PH 6.0 S.G. >1.030 BLD +- 0.03 mg/dl KET 2+ 40 mg/dl NIT - LEU Leu/ul COLOR YELLOW	MEAS No. 0342 2019-01-17 14:30 10EA 28°C COM: W004 GLU - mg/dl PRO 1+ 30 mg/dl BIL - mg/dl URO NORMAL mg/dl PH 6.0 S.G. >1.030 BLD +- 0.03 mg/dl KET 2+ 40 mg/dl NIT - LEU Leu/ul COLOR YELLOW	MEAS No. 0348 2019-01-17 15:32 10EA 27°C COM: W004 GLU - mg/dl PRO +- 20 mg/dl BIL - mg/dl URO NORMAL mg/dl PH 6.0 S.G. >1.030 BLD +- 0.03 mg/dl KET 2+ 40 mg/dl NIT - LEU Leu/ul COLOR YELLOW
---	---	---	---	---

Sampel nomor 3

MEAS No. 0355 2019-01-15 15:08 10EA 28°C COM: W004 GLU - mg/dl PRO +- 20 mg/dl BIL - mg/dl URO NORMAL mg/dl PH 6.5 S.G. 1.015 BLD 3+ 1.0 mg/dl KET - mg/dl NIT - LEU 250Leu/ul COLOR COLORLESS	MEAS No. 0380 2019-01-15 16:04 10EA 28°C COM: W004 GLU - mg/dl PRO +- 20 mg/dl BIL - mg/dl URO NORMAL mg/dl PH 6.5 S.G. 1.015 BLD 2+ 0.2 mg/dl KET - mg/dl NIT - LEU 250Leu/ul COLOR COLORLESS	MEAS No. 0381 2019-01-15 17:05 10EA 28°C COM: W004 GLU - mg/dl PRO +- 20 mg/dl BIL - mg/dl URO NORMAL mg/dl PH 6.5 S.G. 1.015 BLD 2+ 0.2 mg/dl KET - mg/dl NIT - LEU 250Leu/ul COLOR COLORLESS	MEAS No. 0382 2019-01-15 18:06 10EA 28°C COM: W004 GLU - mg/dl PRO +- 20 mg/dl BIL - mg/dl URO NORMAL mg/dl PH 6.5 S.G. 1.015 BLD 2+ 0.5 mg/dl KET - mg/dl NIT - LEU 500Leu/ul COLOR COLORLESS	MEAS No. 0383 2019-01-15 19:04 10EA 28°C COM: W004 GLU - mg/dl PRO +- 20 mg/dl BIL - mg/dl URO NORMAL mg/dl PH 6.5 S.G. 1.015 BLD 2+ 0.5 mg/dl KET - mg/dl NIT - LEU 250Leu/ul COLOR COLORLESS
--	--	--	--	--

Sampel nomor 4

MEAS No. 0190 2019-03-06 09:53 10EA 28°C COM: W004 GLU 3+ 300 mg/dl PRO 3+ 600 mg/dl BIL - mg/dl URO NORMAL mg/dl PH 6.0 S.G. 1.020 BLD 2+ 0.2 mg/dl KET - mg/dl NIT - LEU Leu/ul COLOR COLORLESS	MEAS No. 0246 2019-03-06 10:50 10EA 29°C COM: W004 GLU 3+ 300 mg/dl PRO 3+ 600 mg/dl BIL - mg/dl URO NORMAL mg/dl PH 6.0 S.G. >1.030 BLD 2+ 0.5 mg/dl KET - mg/dl NIT - LEU Leu/ul COLOR COLORLESS	MEAS No. 0244 2019-03-06 11:51 10EA 29°C COM: W004 GLU 3+ 300 mg/dl PRO 3+ 600 mg/dl BIL - mg/dl URO NORMAL mg/dl PH 6.0 S.G. >1.030 BLD 2+ 0.5 mg/dl KET - mg/dl NIT - LEU Leu/ul COLOR COLORLESS	MEAS No. 0243 2019-03-06 12:49 10EA 28°C COM: W004 GLU 3+ 500 mg/dl PRO 3+ 600 mg/dl BIL - mg/dl URO NORMAL mg/dl PH 6.0 S.G. >1.030 BLD 2+ 0.2 mg/dl KET - mg/dl NIT - LEU Leu/ul COLOR COLORLESS	MEAS No. 0242 2019-03-06 14:04 10EA 29°C COM: W004 GLU 3+ 300 mg/dl PRO 3+ 600 mg/dl BIL - mg/dl URO NORMAL mg/dl PH 6.5 S.G. >1.030 BLD 1+ 0.1 mg/dl KET - mg/dl NIT - LEU Leu/ul COLOR COLORLESS
---	---	---	---	---

Sampel nomor 5

#MERS No. 03341 2019-01-14 15:29 10EA 29°C COM: W004 GLU 4+ OVER mg/dL PRO 3+ 600 mg/dL BIL — mg/dL URO NORMAL mg/dL PH 6.0 S.G. >1.030 #BLD 1+ 0.1 mg/dL KET +- mg/dL NIT — mg/dL LEU — Leu/uL COLOR LIGHT YELLOW	#MERS No. 3341 2019-01-14 16:26 10EA 29°C COM: W004 GLU 4+ 1000 mg/dL PRO 3+ 600 mg/dL BIL — mg/dL URO NORMAL mg/dL PH 6.0 S.G. >1.030 #BLD 1+ 0.1 mg/dL KET — mg/dL NIT — mg/dL LEU — Leu/uL COLOR YELLOW	#MERS No. 3342 2019-01-14 17:30 10EA 29°C COM: W004 GLU 4+ OVER mg/dL PRO 3+ 600 mg/dL BIL — mg/dL URO NORMAL mg/dL PH 6.0 S.G. >1.030 #BLD 1+ 0.1 mg/dL KET — mg/dL NIT — mg/dL LEU — Leu/uL COLOR YELLOW	#MERS No. 3343 2019-01-14 18:15 10EA 29°C COM: W004 GLU 4+ OVER mg/dL PRO 3+ 600 mg/dL BIL — mg/dL URO NORMAL mg/dL PH 6.0 S.G. >1.030 #BLD 1+ 0.1 mg/dL KET +- mg/dL NIT — mg/dL LEU — Leu/uL COLOR YELLOW	#MERS No. 3344 2019-01-14 19:21 10EA 29°C COM: W004 GLU 4+ OVER mg/dL PRO 4+ OVER mg/dL BIL — mg/dL URO NORMAL mg/dL PH 6.0 S.G. >1.030 #BLD 1+ 0.1 mg/dL KET +- mg/dL NIT — mg/dL LEU — Leu/uL COLOR YELLOW
---	---	---	--	---

Sampel nomor 6

#MERS No. 0200 2019-01-30 09:27 10EA 27°C COM: W004 GLU — mg/dL PRO — mg/dL BIL — mg/dL URO NORMAL mg/dL PH 6.0 S.G. 1.010 #BLD 1+ 0.06 mg/dL KET — mg/dL NIT — mg/dL LEU 75Leu/uL COLOR COLORLESS	#MERS No. 0244 2019-01-30 10:35 10EA 27°C COM: W004 GLU — mg/dL PRO — mg/dL BIL — mg/dL URO NORMAL mg/dL PH 6.0 S.G. 1.015 #BLD 1+ 0.06 mg/dL KET — mg/dL NIT — mg/dL LEU 75Leu/uL COLOR COLORLESS	#MERS No. 0245 2019-01-30 11:31 10EA 27°C COM: W004 GLU — mg/dL PRO — mg/dL BIL — mg/dL URO NORMAL mg/dL PH 6.0 S.G. 1.015 BLD +- 0.03 mg/dL KET — mg/dL NIT — mg/dL LEU 75Leu/uL COLOR COLORLESS	#MERS No. 0246 2019-01-30 12:38 10EA 27°C COM: W004 GLU — mg/dL PRO — mg/dL BIL — mg/dL URO NORMAL mg/dL PH 6.5 S.G. 1.015 BLD +- 0.03 mg/dL KET — mg/dL NIT — mg/dL LEU 75Leu/uL COLOR COLORLESS	297 #MERS No. 0247 2019-01-30 13:33 10EA 27°C COM: W004 GLU — mg/dL PRO — mg/dL BIL — mg/dL URO NORMAL mg/dL PH 6.0 S.G. 1.015 BLD +- 0.03 mg/dL KET — mg/dL NIT — mg/dL LEU 75Leu/uL COLOR COLORLESS
--	--	---	---	---

Sampel nomor 7

#MERS No. 3441 2019-01-16 17:59 10EA 28°C COM: W004 GLU — mg/dL PRO — mg/dL BIL — mg/dL URO NORMAL mg/dL PH 5.5 S.G. 1.015 #BLD 1+ 0.06 mg/dL KET — mg/dL NIT — mg/dL LEU 75Leu/uL COLOR COLORLESS	#MERS No. 0344 2019-01-16 17:07 10EA 28°C COM: W004 GLU — mg/dL PRO — mg/dL BIL — mg/dL URO NORMAL mg/dL PH 5.5 S.G. 1.010 #BLD 1+ 0.06 mg/dL KET — mg/dL NIT — mg/dL LEU 75Leu/uL COLOR COLORLESS	#MERS No. 3442 2019-01-16 19:00 10EA 27°C COM: W004 GLU — mg/dL PRO — mg/dL BIL — mg/dL URO NORMAL mg/dL PH 5.5 S.G. 1.015 #BLD 1+ 0.06 mg/dL KET — mg/dL NIT — mg/dL LEU 75Leu/uL COLOR COLORLESS	#MERS No. 0450 2019-01-16 19:58 10EA 27°C COM: W004 GLU — mg/dL PRO — mg/dL BIL — mg/dL URO NORMAL mg/dL PH 5.5 S.G. 1.015 #BLD 1+ 0.06 mg/dL KET — mg/dL NIT — mg/dL LEU 75Leu/uL COLOR COLORLESS	#MERS No. 0451 2019-01-16 20:56 10EA 27°C COM: W004 GLU — mg/dL PRO — mg/dL BIL — mg/dL URO NORMAL mg/dL PH 5.5 S.G. 1.010 BLD +- 0.03 mg/dL KET — mg/dL NIT — mg/dL LEU 75Leu/uL COLOR COLORLESS
--	--	--	--	---

Sampel nomor 8

#MERS No. 0202 2019-01-17 10:54 10EA 27°C COM: W004 GLU — mg/dL PRO 2+ 200 mg/dL BIL — mg/dL URO NORMAL mg/dL PH 6.0 S.G. 1.015 #BLD 1+ 0.06 mg/dL KET — mg/dL NIT 1+ mg/dL LEU 500Leu/uL COLOR COLORLESS	#MERS No. 0239 2019-01-17 11:48 10EA 27°C COM: W004 GLU — mg/dL PRO 2+ 200 mg/dL BIL — mg/dL URO NORMAL mg/dL PH 5.5 S.G. 1.020 #BLD 1+ 0.06 mg/dL KET — mg/dL NIT 1+ mg/dL LEU 500Leu/uL COLOR COLORLESS	#MERS No. 0271 2019-01-17 13:12 10EA 28°C COM: W004 GLU — mg/dL PRO 2+ 200 mg/dL BIL — mg/dL URO NORMAL mg/dL PH 6.0 S.G. 1.020 #BLD 1+ 0.06 mg/dL KET — mg/dL NIT 1+ mg/dL LEU 500Leu/uL COLOR COLORLESS	#MERS No. 0343 2019-01-17 13:57 10EA 27°C COM: W004 GLU — mg/dL PRO 3+ 300 mg/dL BIL — mg/dL URO NORMAL mg/dL PH 6.0 S.G. 1.020 #BLD 1+ 0.06 mg/dL KET — mg/dL NIT 1+ mg/dL LEU 500Leu/uL COLOR COLORLESS	#MERS No. 0346 2019-01-17 14:52 10EA 27°C COM: W004 GLU — mg/dL PRO 2+ 200 mg/dL BIL — mg/dL URO NORMAL mg/dL PH 6.0 S.G. 1.020 #BLD 1+ 0.06 mg/dL KET — mg/dL NIT 1+ mg/dL LEU 500Leu/uL COLOR COLORLESS
---	---	---	---	---

Sampel nomor 9

#MERS No. 0406 2019-01-17 16:07 10EA 27°C COM: W004 GLU +- 30 mg/dL PRO 2+ 100 mg/dL BIL — mg/dL URO NORMAL mg/dL PH 5.5 S.G. 1.020 #BLD 2+ 0.2 mg/dL KET — mg/dL NIT — mg/dL LEU 25Leu/uL COLOR COLORLESS	#MERS No. 0444 2019-01-17 16:56 10EA 27°C COM: W004 GLU +- 30 mg/dL PRO 1+ 70 mg/dL BIL — mg/dL URO NORMAL mg/dL PH 5.5 S.G. 1.020 #BLD 1+ 0.1 mg/dL KET — mg/dL NIT — mg/dL LEU — Leu/uL COLOR COLORLESS	#MERS No. 0446 2019-01-17 17:59 10EA 27°C COM: W004 GLU +- 30 mg/dL PRO 1+ 70 mg/dL BIL — mg/dL URO NORMAL mg/dL PH 5.5 S.G. 1.020 #BLD 1+ 0.1 mg/dL KET — mg/dL NIT — mg/dL LEU — Leu/uL COLOR COLORLESS	#MERS No. 0448 2019-01-17 19:02 10EA 27°C COM: W004 GLU +- 30 mg/dL PRO 2+ 100 mg/dL BIL — mg/dL URO NORMAL mg/dL PH 5.5 S.G. 1.020 #BLD 1+ 0.1 mg/dL KET — mg/dL NIT — mg/dL LEU — Leu/uL COLOR COLORLESS	#MERS No. 0450 2019-01-17 20:01 10EA 26°C COM: W004 GLU +- 30 mg/dL PRO 1+ 70 mg/dL BIL — mg/dL URO NORMAL mg/dL PH 5.5 S.G. 1.020 #BLD 1+ 0.1 mg/dL KET — mg/dL NIT — mg/dL LEU — Leu/uL COLOR COLORLESS
--	---	---	--	---

Sampel nomor 10

#MERS No. 0203 2019-02-19 09:18 10EA 28°C COM: W004 ***** #GLU 3+ 300 mg/dL PRO — mg/dL BIL — mg/dL URO NORMAL mg/dL PH 5.5 S.G. 1.015 #BLD 1+ 0.06 mg/dL KET — mg/dL NIT — #LEU 250Leu/dL COLOR COLORLESS	#MERS No. 0263 2019-02-19 10:12 10EA 28°C COM: W004 ***** #GLU 2+ 200 mg/dL PRO — mg/dL BIL — mg/dL URO NORMAL mg/dL PH 5.5 S.G. 1.015 #BLD 1+ 0.06 mg/dL KET — mg/dL NIT — #LEU 250Leu/dL COLOR COLORLESS	#MERS No. 0298 2019-02-19 11:18 10EA 29°C COM: W004 ***** #GLU 2+ 200 mg/dL PRO — mg/dL BIL — mg/dL URO NORMAL mg/dL PH 5.5 S.G. 1.015 #BLD +- 0.03 mg/dL KET — mg/dL NIT — #LEU 250Leu/dL COLOR COLORLESS	#MERS No. 0297 2019-02-19 12:11 10EA 29°C COM: W004 ***** #GLU 2+ 200 mg/dL PRO — mg/dL BIL — mg/dL URO NORMAL mg/dL PH 5.5 S.G. 1.015 #BLD +- 0.03 mg/dL KET — mg/dL NIT — #LEU 75Leu/dL COLOR COLORLESS	#MERS No. 0299 2019-02-19 13:15 10EA 29°C COM: W004 ***** #GLU 2+ 200 mg/dL PRO — mg/dL BIL — mg/dL URO NORMAL mg/dL PH 5.5 S.G. 1.015 #BLD — mg/dL KET — mg/dL NIT — #LEU 250Leu/dL COLOR COLORLESS
---	---	---	--	---

sampel nomor 11

#MERS No. 0034 2019-02-07 07:23 10EA 28°C COM: W004 ***** #GLU 1+ 70 mg/dL PRO +- 20 mg/dL BIL — mg/dL URO NORMAL mg/dL PH 5.5 S.G. >1.030 #BLD 2+ 0.5 mg/dL KET — mg/dL NIT — #LEU 75Leu/dL COLOR COLORLESS	#MERS No. 0163 2019-02-07 08:37 10EA 28°C COM: W004 ***** #GLU 1+ 70 mg/dL PRO +- 20 mg/dL BIL — mg/dL URO NORMAL mg/dL PH 5.5 S.G. >1.030 #BLD 2+ 0.5 mg/dL KET — mg/dL NIT — #LEU 75Leu/dL COLOR LIGHT YELLOW	#MERS No. 0164 2019-02-07 09:27 10EA 28°C COM: W004 ***** #GLU 1+ 70 mg/dL PRO +- 20 mg/dL BIL — mg/dL URO NORMAL mg/dL PH 5.5 S.G. >1.030 #BLD 2+ 0.2 mg/dL KET — mg/dL NIT — #LEU 75Leu/dL COLOR LIGHT YELLOW	#MERS No. 0165 2019-02-07 10:25 10EA 28°C COM: W004 ***** #GLU 1+ 70 mg/dL PRO +- 20 mg/dL BIL — mg/dL URO NORMAL mg/dL PH 5.5 S.G. >1.030 #BLD 2+ 0.2 mg/dL KET — mg/dL NIT — #LEU 75Leu/dL COLOR LIGHT YELLOW	#MERS No. 0166 2019-02-07 11:26 10EA 28°C COM: W004 ***** #GLU 1+ 70 mg/dL PRO +- 20 mg/dL BIL — mg/dL URO NORMAL mg/dL PH 5.5 S.G. >1.030 #BLD 2+ 0.2 mg/dL KET — mg/dL NIT — #LEU 75Leu/dL COLOR COLORLESS
--	---	---	---	--

Lampiran 5. Hasil Uji Statistik

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		kadar_darah
N		55
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.1589
	Std. Deviation	.18209
Most Extreme Differences	Absolute	.283
	Positive	.283
	Negative	-.221
Kolmogorov-Smirnov Z		2.102
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Test Statistics^{a,b}

	kadar_darah
Chi-Square	1.768
df	4
Asymp. Sig.	.778

a. Kruskal Wallis Test

b. Grouping Variable:

waktu_pemeriksaan


Lampiran 6. Dokumentasi Penelitian



a. Ruang Penelitian



b. Penyimpanan Sampel Urine Pada Suhu Ruang (20- 25° C)



c. Strip Reagen Kimia Urine



d. Urine Analyzer Aution 11 AE- 4020



e. Sampel Urine Yang Akan Diperiksa



f. Pemeriksaan Carik Celup