

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Hasil LOD pada penelitian ini didapatkan bahwa pada rentang nilai positif AAD 1,00 – 5,56 didapatkan hasil negatif untuk pemeriksaan lanjutan PCR COVID-19.
2. Ada korelasi antara nilai *Cut of Index (COI) Automated Antigen Detection* hasil positif reagen Standar F Covid-19 Ag FIA SD Biosensor dengan hasil *Polymerase Chain Reaction Covid-19* di Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara dr. Suhardi Hardjolukito Tahun 2021 dengan kekuatan hubungan kuat yaitu dengan nilai 0,716.

B. SARAN

1. Bagi praktisi : penelitian ini bisa menjadi acuan untuk melakukan pemeriksaan AAD COVID-19 apabila tanpa melihat gejala inflamasi pasien.
2. Bagi peneliti selanjutnya : penelitian ini bisa dilanjutkan dengan mengetahui hubungan antara nilai positif COI antigen dengan karakteristik pasien terduga COVID-19 dan dilanjutkan dengan pemeriksaan *cycle treshold value* rtRT-PCR COVID-19.