

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Didapatkan hasil rerata kadar Kolestrol dengan menggunakan PTS sebesar 135 mg/dL dan manual sebesar 136 mg/dL. Tidak ditemukan perbedaan yang signifikan terhadap hasil kolesterol yang dikirim menggunakan *pneumatic tube system* dan diantar secara langsung..

B. Saran

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai rekomendasi pihak manajemen Rumah Sakit dalam SPO pengiriman sampel darah pasien dari unit lain ke laboratorium.
2. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah melakukan validasi jarak pengaruh penggunaan PTS terhadap hasil pengukuran aktivitas kolestrol.