

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Tidak ada pengaruh variasi pencampuran darah antikoagulan terhadap hasil pemeriksaan indeks eritrosit. Pencampuran manual 6 kali sudah memiliki hasil indeks eritrosit yang setara dengan pencampuran otomatis karena pencampuran manual 6 kali sudah homogen.

B. Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya

Perlu dilakukan penelitian yang lebih komperhensif tentang pengaruh variasi pencampuran darah antikoagulan terhadap hasil pemeriksaan indeks eritrosit menggunakan darah yang memiliki kelainan seperti anemia, serta membandingkan dengan parameter pemeriksaan darah lengkap yang lain untuk mengetahui variasi pencampuran yang memberikan pengaruh secara signifikan.

2. Bagi teknisi laboratorium

Penelitian ini dapat dijadikan saran pada pemeriksaan darah antikoagulan terhadap hasil pemeriksaan indeks eritrosit setelah pendiaman dengan melakukan homogenisasi atau pencampuran sebanyak 6-12 kali karena tidak meberikan perbedaan hasil yang signifikan, atau menggunakan pencampuran yang paling efisien yaitu 6 kali.