

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Ada pengaruh lama penundaan pembuatan serum terhadap penurunan kadar asam urat.
2. Rata- rata kadar asam urat pada sampel yang ditunda pembuatan serumnya selama 30 menit, 90 menit dan 120 menit sebelum disentrifus adalah 3,1747 mg/dL, 2,2513 mg/dL dan 1,8473 mg/dL dengan persentase selisih rata- rata sebesar 27%.

B. Saran

1. Bagi praktisi laboratorium pemeriksaan kadar asam urat sebaiknya tetap menggunakan serum yang pembuatannya dilakukan sesuai dengan *standart operational prosedur* (SOP) untuk mengurangi adanya kesalahan hasil pemeriksaan.
2. Bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan menggunakan parameter dan variasi waktu yang berbeda, serta sebelum dilakukan penelitian subjek penelitian berpuasa terlebih dahulu.