

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Tidak terdapat perbedaan kadar Kreatinin pada serum pasien hipertensi yang diperiksa segera dengan yang disimpan selama 4 jam dan 8 jam pada suhu 2-8 °C.
2. Serum pasien penderita hipertensi dapat disimpan selama 4 dan 8 jam pada suhu 2-8 °C tanpa memengaruhi kadar Kreatinin.

B. Saran

1. Bagi tenaga laboratorium diharapkan memperhatikan penerapan SOP secara ketat dalam proses pengambilan, penanganan, dan penyimpanan serum untuk meminimalkan faktor-faktor yang dapat memengaruhi kualitas sampel.
2. Penyimpanan spesimen serum pasien hipertensi selama 4 dan 8 jam pada suhu 2-8 °C dapat menjadi rujukan penting bagi tenaga laboratorium medis dalam mengelola sampel yang tidak dapat dianalisis segera atau memerlukan pemeriksaan tambahan.
3. Bagi peneliti lain agar dapat meneliti lebih lanjut mengenai pemeriksaan kadar kreatinin menggunakan variasi waktu penyimpanan dan suhu penyimpanan yang berbeda, atau pada serum patologis lainnya.