

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Serum yang disimpan dalam tabung *gel separator* selama 7 hari pada suhu 2-8°C boleh digunakan untuk pemeriksaan kadar asam urat.

B. Saran

Penelitian selanjutnya dapat dilakukan penambahan jumlah sampel penelitian.