

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian dengan judul “Estimasi Jumlah Lapang pandang Pemeriksaan Trombosit Metode Sediaan Apusan Darah Tepi Menggunakan Mikroskop *Field Number 20*” dapat diambil kesimpulan bahwa Estimasi jumlah lapang pandang pemeriksaan trombosit metode sediaan apusan darah tepi menggunakan mikroskop *field number 20* adalah 15 lapang pandang dengan rata-rata jumlah trombosit per lapang pandang sebesar 18.

#### B. Saran

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat melakukan penelitian yang serupa dengan menggunakan *field number* atau sampel trombositosis/trombositopenia dengan tetap memperhatikan konsistensi zona lapang pandang agar hasil yang diberikan stabil.

2. Bagi Teknisi Laboratorium

Pentingnya peninjauan *field number* pada mikroskop sebelum melakukan pemeriksaan trombosit menggunakan sediaan apus darah tepi, metode ini dapat dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah trombosit per lapang pandang.