

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah dilakukannya penelitian yang berjudul “Estimasi Jumlah Lapang Pandang pada Pemeriksaan Trombosit Menggunakan Mikroskop *Field Number 18*” dapat disimpulkan bahwa hasil estimasi jumlah lapang pandang yg dibutuhkan untuk pemeriksaan trombosit menggunakan SADT dengan mikroskop *field number 18* adalah 18 lapang pandang.

B. Saran

1. Pentingnya peninjauan field number pada mikroskop sebelum melakukan pemeriksaan trombosit sediaan apus darah tepi, dikarenakan perbedaan field number pada mikroskop dapat mempengaruhi jumlah trombosit perlapang pandang.
2. Penggunaan metode ini perlu dikaji setiap mikroskop yang memiliki FN bervariasi.