

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Serum kontrol homogen terhadap kadar kolesterol total pada level normal dan *low*
2. Serum kontrol stabil setelah penyimpanan 4 minggu dan 8 minggu pada suhu  $-20^{\circ}\text{C}$  pada level normal dan *low*
3. Serum kontrol level *high* tidak homogen dan tidak stabil

#### **B. Saran**

1. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah serum kontrol level *high* lebih dipekatkan agar memiliki batas nilai yang sesuai.
2. Variasi waktu inkubasi pada masing-masing level serum kontrol