

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian dengan judul “Estimasi Jumlah Lapang Pandang Pemeriksaan Trombosit Metode Sediaan Apusan Darah Tepi Menggunakan Mikroskop *Field Number 25*” dapat diambil kesimpulan bahwa hasil estimasi jumlah lapang pandang pemeriksaan trombosit metode sediaan apus darah tepi menggunakan mikroskop *field number 25* adalah 10 lapang pandang.

#### B. Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya

Dapat melakukan penelitian yang serupa dengan menggunakan *field number* atau sampel trombositosis/ trombositopenia dengan tetap memperhatikan konsistensi zona lapang pandang agar hasil yang diberikan stabil.

2. Bagi teknisi laboratorium

Pentingnya peninjauan *field number* pada mikroskop sebelum melakukan pemeriksaan trombosit sediaan apus darah tepi, dikarenakan perbedaan *field number* pada mikroskop dapat mempengaruhi jumlah trombosit perlapang pandang.