

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Jenis dan jumlah mesin sterilisasi sudah memenuhi syarat.walaupun tidak memiliki semua tapi berdasarkan kebutuhan sudah memenuhi syarat.
2. Cara mengontrol kondisi dan fungsi mesin sterilisasi sudah memenuhi standar
3. Cara pemeliharaan mesin sterilisasi sudah memenuhi syarat
4. Kualifikasi tenaga yang ada di Instalasi Sterilisasi juga sudah memenuhi syarat.
5. Persyaratan ruangan yang ada di Instalasi Sterilisasi belum memenuhi syarat

B. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan kepada Rumah Sakit Gigi Dan Mulut Universitas

Muhammadiyah Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Untuk pemeliharaan

mesin hendaknya rutin dilakukan, terutama pemeliharaan

jangka waktu 3 bulan juga harus dilakukan oleh petugas electromedic, supaya mesin sterilisasi dapat dimanfaatkan dalam waktu yang panjang.

1. Cara mengontrol kondisi dan fungsi mesin sebaiknya pengadaan alat tes Biologi.
2. Pengadaan Autoklaf yang kapasitas 800-1000 liter sehingga untuk linen bisa steril sendiri.
3. Untuk mendukung penggunaan DTT,sebaiknya Pengadaan air RO untuk mencuci pasca direndam DTT dan Oksigen untuk pengeringan alat.

4. Untuk kualifikasi tenaga khususnya mengenai pelatihan, lebih ditingkatkan.