BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Tidak ada perbedaan yang signifikan terhadap hasil jumlah trombosit yang diperiksa dengan menggunakan *hematology analyzer* teknologi VCS dan teknologi RF/DC.
2. Rerata jumlah trombosit untuk alat *hematology analyzer* teknologi VCS lebih rendah dari rerata alat teknologi RF/DC

B. Saran

Pemeriksaan jumlah trombosit bisa dilakukan dengan menggunakan *hematology analyzer* teknologi VCS dan teknologi RF/DC, namun lebih disarankan menggunakan teknologi VCS dikarenakan pada teknologi ini mengukur sel dengan menggunakan 3 prinsip pembacaan.