BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Tidak terdapat perbedaan hasil pemeriksaan glukosa berdasarkan teknik pengambilan data uji pendahuluan secara *day to day* dan dua data dalam satu hari
2. Didapatkan nilai SD sebesar 5.46, nilai CV sebesar 5.22% dan nilai bias sebesar 3.03% pada pengambilan data uji pendahuluan secara *day to day*
3. Didapatkan nilai SD sebesar 6.75, nilai CV sebesar 6.43% dan nilai bias sebesar 2.73% pada pengambilan data uji pendahuluan dengan pengulangan dua data dalam satu hari

B. Saran

Pengambilan data uji pendahuluan dapat dilakukan secara *day to day* maupun dua data dalam satu hari tetapi perlu diperhatikan adanya kesalahan acak meliputi ketidakstabilan alat, pemipetan, kualitas reagen dan suhu penyimpanan sehingga nilai CV tidak melebihi nilai batas maksimal yang ditentukan.