

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Didapatkan nilai mean sebesar 104.7305, nilai SD sebesar 5.4641, nilai CV sebesar 5.21733% dan nilai bias sebesar 3.027296% pada pengambilan data uji pendahuluan secara *day to day*.
2. Didapatkan nilai mean sebesar 105.4019, nilai SD sebesar 6.923642, nilai CV sebesar 6.568799% dan nilai bias sebesar 2.405604% pada pengambilan data uji pendahuluan secara tiga data dalam satu hari.
3. Tidak terdapat perbedaan uji pendahulaun secara *day to day* dan tiga data dalam satu hari.

#### **B. Saran**

Bagi tenaga laboratorium dalam pemeriksaan uji pendahuluan parameter glukosa secara *day to day* dan tiga data harus memperhatikan kesalahan acak dan sistemik, diantaranya : teknik pemipetan, suhu inkubasi, waktu inkubasi, suhu reagen, kualitas bahan pemeriksaan, stabilitas alat pemeriksaan dan fluktuasi tegangan listrik.