

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Ada perbedaan kadar glukosa darah sewaktu menggunakan serum dan plasma Natrium Flourida (NaF)
2. Rata-rata kadar glukosa darah sewaktu pada plasma Natrium Flourida (NaF) adalah 103.884 mg/dL. Rata-rata glukosa darah sewaktu menggunakan serum adalah 88,549 mg/dL.

#### **B. Saran**

1. Bagi praktisi laboratorium  

Pemeriksaan kadar glukosa darah seharusnya menggunakan sampel plasma dengan antikoagulan Natrium Flourida (NaF) untuk menghindari keakuratan hasil yang dikeluarkan laboratorium.
2. Bagi peneliti selanjutnya
  - a. Peneliti selanjutnya dapat meneliti hal yang sama namun menggunakan variasi dalam metode atau dalam pemeriksaan yang lain.
  - b. Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian lebih lanjut dalam menentukan prosentase penurunan dengan menggunakan sampel plasma NaF dan serum