

KESIMPULAN

1. Tidak ada perbedaan signifikan jumlah leukosit pada penggunaan antikoagulan Na₂EDTA, K₂EDTA dan K₃EDTA yang diperiksa dengan *hematology analyzer*.
2. Tidak ada perbedaan signifikan jumlah limfosit, jumlah monosit, jumlah neutrofil dan jumlah eosinofil. pada penggunaan antikoagulan Na₂EDTA, K₂EDTA dan K₃EDTA yang diperiksa dengan *hematology analyzer*.
3. Ada perbedaan jumlah basofil pada penggunaan antikoagulan Na₂EDTA, K₂EDTA dan K₃EDTA yang diperiksa dengan *hematology analyzer*. Perbedaan signifikan terdapat pada penggunaan K₂EDTA dan K₃EDTA, ditunjukkan oleh nilai rerata jumlah basofil pada penggunaan K₂EDTA lebih tinggi yaitu 0,29 % dari pada penggunaan K₃EDTA yaitu 0,22%.