

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Ada pengaruh lama penundaan centrifugasi plasma heparin terhadap kadar kalium yaitu semakin lama penundaan maka kadar kalium akan menurun.

B. Saran

1. Pemeriksaan elektrolit sebaiknya dilakukan dalam jarak waktu kurang dari dua jam setelah pengambilan darah
2. Alat pemeriksaan sebaiknya di kalibrasi sesuai jadwal agar hasil pemeriksaan akurat