

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Perbedaan kadar trigliserida metode GPO-PAP Menggunakan Sampel Serum dan Plasma EDTA diperoleh hasil kadar trigliserida darah sebagai berikut :
  - 1) Berdasarkan uji statistik yang telah di lakukan, dari kedua sampel adanya perbedaan hasil antara sampel Serum dan sampel Plasma EDTA.
  - 2) Rata-rata hasil kadar trigliserida pada sampel serum adalah 109,86 mg/dl
  - 3) Rata-rata hasil kadar trigliserida pada sampel Plasma EDTA adalah 103,8 mg/dl

#### **B. Saran**

1. Dari penelitian yang telah dilaksanakan pemeriksaan kadar trigliserida pada sampel serum dan plasma EDTA menunjukkan adanya perbedaan hasil. Pada pemeriksaan kadar trigliserida sebaiknya menggunakan sampel serum.