

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Tidak ada pengaruh lama penundaan pemeriksaan terhadap kadar glukosa pada tabung NaF dengan *p value* 0,997 (taraf signifikansi 0,05).
2. Rerata kadar glukosa pada spesimen yang langsung diperiksa adalah 159,67mg/dL; pada penundaan selama 1 jam adalah 160,23mg/dL; pada penundaan selama 2 jam adalah 160,17mg/dL; dan pada penundaan selama 4 jam adalah 159,30mg/dL.
3. Selisih terbesar rerata pada tiap perlakuan didapatkan pada selisih antara penundaan selama 1 jam dan penundaan selama 4 jam yaitu sebesar 0,93mg/dL.

B. Saran

1. Untuk mahasiswa yang membaca skripsi ini, diharapkan dapat melanjutkan penelitian ini dengan jumlah sampel yang lebih banyak dan menggunakan variasi kadar glukosa dalam rentang nilai kritis.
2. Menambah pustaka dan jurnal sebagai bahan referensi dan pengetahuan untuk pengembangan penelitian selanjutnya.