

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa

1. Nilai presisi, impresisi, dan total eror pada serum kontrol normal dan serum kontrol *low* memiliki nilai yang baik
2. Hasil evaluasi grafik Levvey-Jenning sebagai upaya untuk meningkatkan mutu laboratorium pada serum kontrol normal dan serum kontrol *low* terkendali dengan cukup baik dan kualitas mutu hasil pemeriksaan yang dihasilkan dapat dilaporkan dengan tanpa mengabaikan pemeliharaan alat dan melaksanakan prosedur pemeriksaan dengan baik dan benar.

B. Saran

Untuk penelitian lanjutan, dapat mengenai perbandingan atau perbedaan kualitas kontrol pada serum kontrol *low* dari pabrikan dengan serum kontrol *low* yang berasal dari pengenceran serum kontrol normal pada parameter albumin ataupun dapat juga pada parameter yang lain yang karakteristik pemeriksaannya tidak terpengaruh oleh konsentrasi larutan.