

**BAB V**  
**KESIMPULAN DAN SARAN**

**A. Kesimpulan**

1. Nilai Presisi, Impresisi dan Total Error pada pemeriksaan albumin dengan serum kontrol level normal dan level *high* memiliki nilai yang baik dan masih dalam batas toleransi
2. Tidak ada evaluasi grafik levey jennings pada pemeriksaan albumin dengan menggunakan serum kontrol level normal dan *high*

**B. Saran**

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap serum kontrol *high* yang dibuat dari pelarutan liofilisat serum kontrol normal dengan konsentrasi 4.0 ; 4.5 ; 5,0 dan 5,5 untuk mengetahui apakah konsentrasi tersebut relevan untuk digunakan sebagai pengganti serum kontrol *high*
2. Bagi seorang ATLM sebaiknya tetap menjaga mutu laboratorium dengan melakukan Quality Control secara rutin bisa dengan menggunakan level kontrol normal, *high* atau level low