

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Ada pengaruh peningkatan kadar kalium pada perlakuan pengambilan sampel darah dengan jarum ukuran 26 G daripada 23 G.
2. Besar peningkatan kadar kalium yang dilakukan dengan pengambilan sampel darah dengan ukuran 26 G sebesar 2,28 mmol/L dan besar persentase kesalahan kadar kalium yang dilakukan pengambilan sampel darah dengan jarum ukuran 26 G sebesar 61,36 %

#### **B. Saran**

1. Pemeriksaan kadar kalium sebaiknya menggunakan jarum ukuran 23 G, karena penggunaan jarum yang terlalu kecil ukurannya akan menyebabkan hemolisis dan mempengaruhi hasil pemeriksaan kadar kalium.
2. Bagi peneliti selanjutnya dapat dijadikan referensi dengan melakukan pemeriksaan selain kalium yaitu LD, CKMB, AST, dan Bilirubin total