

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. *Pooled* plasma EDTA homogen terhadap kadar trigliserida.
2. *Pooled* plasma EDTA stabil pada penyimpanan selama 1 minggu, 2 minggu dan 3 minggu serta tidak stabil pada penyimpanan 4 minggu dengan suhu $-19,1 \pm 1,18$ °C terhadap kadar trigliserida.

B. Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya yaitu melakukan penelitian menggunakan parameter lain seperti kolesterol, albumin dan kreatinin agar hasil penelitian bisa dilengkapi.
2. Perlu dilakukan penelitian homogenitas dan stabilitas menggunakan plasma dengan pengawet.
3. Peneliti lainnya dapat melakukan penelitian menggunakan suhu penyimpanan yang lebih stabil atau dengan suhu -80°C .