

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Hasil pemeriksaan kadar kreatinin pada tabung *lithium heparin* yang ditunda sentrifugasi selama 3 jam mengalami penurunan dengan presentase rerata selisih sebesar 9,09%.

B. Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya, dapat melakukan penelitian dengan menggunakan metode enzimatik.
2. Sebaiknya dalam pemeriksaan kadar kreatinin darah pada tabung *lithium heparin* tetap sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP) yaitu segera dilakukan sentrifugasi untuk meminimalisir kesalahan pemeriksaan.