

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil

kesimpulan bahwa :

1. *Pooled* plasma EDTA pada pemeriksaan ureum dinyatakan homogen.
2. *Pooled* plasma EDTA pada pemeriksaan ureum stabil selama 3 minggu pada suhu -20°C.

B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan dari hasil penelitian ini diantaranya :

1. Bagi peneliti selanjutnya, dilakukan pengujian untuk parameter kimia lain baik enzimatis maupun non enzimatis.
2. Bagi peneliti selanjutnya, dilakukan pengujian menggunakan tambahan pengawet seperti etilen glikol dan natrium azida untuk mencapai stabilitas yang lebih lama.