

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian dengan judul “Perbedaan Nilai Laju Endap Darah (LED) pada Pengambilan Darah Vena dengan Pembendungan 1 dan 3 Menit” adalah sebagai berikut:

1. Presentasi selisih rerata pembendungan vena selama 1 menit dan 3 menit sebesar 32,1%.
2. Terdapat perbedaan nilai laju endap darah (LED) pada pembendungan vena selama 1 menit dan 3 menit.

B. Saran

1. Bagi tenaga laboratorium, waktu pembendungan pada pengambilan darah yaitu tidak lebih dari 1 menit, dengan demikian kesalahan-kesalahan karena proses pra analitik yang tidak diinginkan bisa dicegah.
2. Bagi peneliti selanjutnya, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan memperhatikan jumlah sampel pada probandus laki-laki dan perempuan guna mengetahui pengaruh waktu pembendungan terhadap nilai laju endap darah (LED).