

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Terdapat perbedaan sampel darah segera disentrifus dan didiamkan 30 menit.
2. Kadar asam urat pada sampel darah segera disentrifus memiliki rata-rata sebesar 5,03 mg/dL.
3. Kadar asam urat pada sampel darah didiamkan 30 menit sebelum disentrifus memiliki rata-rata sebesar 5,34 mg/dL.
4. Presentase selisih rata-rata kadar asam urat pada sampel darah segera disentrifus dan didiamkan 30 menit sebelum disentrifus adalah sebesar -6%.

B. Saran

1. Bagi praktisi laboratorium klinik

Bagi praktisi laboratorium agar penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dalam melaksanakan kegiatan partik sehari-hari agar tidak menunda pemeriksaan karena dapat mempengaruhi hasil.
2. Bagi penelti selanjutnya

Penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian yang sama perlakuan namun dengan sampel patologis atau dengan parameter pemeriksaan yang berbeda dan bisa menggunakan jenis tabung yang lain.