

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Terdapat perbedaan sampel darah segera disentrifus dan didiamkan 30 menit.
2. Kadar trigliserida pada sampel darah segera disentrifus memiliki rata-rata sebesar 125,68 mg/dL.
3. Kadar trigliserida pada sampel darah didiamkan 30 meenit sebelum disentrifus memiliki rata-rata sebesar 118,53 mg/dL.

#### **B. Saran**

1. Bagi praktisi laboratorium klinik  
Apabila terdapat pemeriksaan dengan parameter trigliserida, maka disarankan bagi teknisi laboratorium medis menggunakan tabung *serum separator tube* (SST) supaya hasil pemeriksaan cepat selesai.
2. Bagi peneliti selanjutnya  
Penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian yang sama perlakuan namun dengan sampel patologis atau dengan parameter pemeriksaan yang berbeda dan bisa menggunakan jenis tabung yang lain.