

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Serum hipertransaminase yang disimpan selama 7 hari dalam *Serum Separator Tube* (SST) pada suhu 2-8°C layak digunakan untuk pemeriksaan kadar SGPT.

B. Saran

1. Bagi Praktisi Laboratorium

Penyimpanan serum pasien pada suhu 2-8°C dapat dilakukan hingga 7 hari untuk pemeriksaan kadar SGPT.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Perlu dilakukan penelitian dengan menerapkan batasan pada sampel agar hasil yang didapatkan homogen dan dilakukan penambahan jumlah sampel.