BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Sensitivitas TCM *Molbio* adalah 100 % terhadap *GeneXpert*.
2. Spesifisitas TCM *Molbio* adalah 95.83 % terhadap *GeneXpert*.
3. Nilai Prediksi Positif adalah 90.90% .
4. Nilai Prediksi Negatif adalah 100 %.
5. Alat TCM *Molbio* memiliki *performa diagnostik* baik, hasil verifikasi TCM *Molbio* terhadap *GeneXpert* adalah kinerja diterima sesuai kriteria yang dianjurkan WHO sensitivitas dan spesifisitas TCM diatas 90 % (Kemenkes RI, 2015)

B. SARAN

1. Bagi tenaga laboratorium disarankan untuk melakukan konfirmasi apabila mendapatkan hasil positif meragukan dalam pemeriksaan *TCM Molbio*.
2. Bagi peneliti selanjutnya dapat dilakukan penelitian lanjutan dengan sampel yang lebih besar.