

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis statistik dan secara klinis menurut CLIA, tidak terdapat pengaruh variasi suhu reagen terhadap pemeriksaan kadar kolesterol total.

B. Saran

1. Bagi petugas laboratorium

Sebelum melakukan pemeriksaan, alat-alat yang digunakan untuk pemeriksaan dipastikan sudah terkalibrasi.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini dapat dikembangkan dengan menggunakan metode penelitian yang berbeda dan suhu reagen distabilkan hingga pembacaan pada alat spektrofotometer.