

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Terdapat perbedaan yang signifikan kadar kolesterol total dengan waktu inkubasi 5 menit dan 20 menit setelah sampel dicampur reagen pada suhu ruang.
2. Kadar kolesterol total dengan waktu inkubasi 5 menit memiliki rata-rata lebih rendah dibandingkan dengan waktu inkubasi 20 menit.

B. Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya bisa mengganti parameter pemeriksaan yang berbeda dan menambahkan jumlah sampel yang digunakan.
2. Bagi Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM) diharapkan selalu mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai instruksi *insert kit* reagen.