

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Ada perbedaan signifikan antara kadar kolesterol total pada perlakuan pemindahan sampel darah tanpa dan dengan melepas jarum spuit.
2. Rerata kadar kolesterol total pada darah tanpa melepas jarum spuit sebesar 141.40 mg/dL.
3. Rerata kadar kolesterol total pada darah dengan melepas jarum spuit sebesar 126.97 mg/dL.

B. saran

1. Bagi Teknisi Laboratorium

Disarankan bagi tenaga teknisi laboratorium untuk memperhatikan teknik pemindahan sampel darah, khususnya dengan menghindari pemindahan darah tanpa melepas jarum spuit, teknik tersebut berpotensi menyebabkan hemolisis yang dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan, sehingga metode yang sesuai standar diterapkan untuk menjaga keakuratan hasil.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan peneliti ini dapat dijadikan referensi agar mencapai hasil maksimal dengan menambahkan variasi berupa penambahan sampel yang digunakan atau menggunakan parameter lain untuk memperkuat hasil penelitian.