

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Minyak kanola dapat digunakan sebagai alternative pengganti minyak imersi untuk pengamatan mikroskopis sediaan apus darah tepi.
2. Kualitas hasil pengamatan mikroskopis sediaan apus darah tepi menggunakan minyak kanola adalah cerah, kontras jelas, fokus tajam, dan warna sel sesuai.
3. Tingkat efektivitas penggunaan minyak kanola terbukti cukup efektif dibandingkan dengan minyak imersi untuk pengamatan mikroskopis sediaan apus darah tepi.
4. Tingkat efisiensi penggunaan minyak kanola terbukti sangat efisien dibandingkan dengan minyak imersi untuk pengamatan mikroskopis sediaan apus darah tepi.

B. Saran

1. Perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai daya tahan minyak kanola yang disimpan pada suhu ruang masih berfungsi baik.
2. Minyak kanola dapat dimanfaatkan sebagai alternative pengganti minyak imersi untuk mikroskopis sediaan apus darah tepi.